Prot. n. 0095098 del 12/07/2022 - [UOR: SI000956 - Classif. I/8]

Università
degli Studi di
Messina
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

Al Magnifico Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Al Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno

Messina, 4 aprile 2022

Oggetto: Elenco strumenti di laboratorio danneggiati da ripristinare

A seguito del trasferimento della strumentazione da Farmacia e nel corso del ripristino della strumentazione a Papardo, numerosi docenti hanno verificato danneggiamenti alle strumentazioni. Ho atteso di avere un elenco il più possibile completo, prima di inoltrare l'elenco dei danni per chiedere il ripristino della strumentazione. L'elenco della strumentazione danneggiata è il seguente (è anche riportato il nominativo del docente che ha segnalato il guasto):

1) Microscopio Leica DM750 + camera digitale ICC50 - che è stato sovralimentato da scarica elettrica che ha visivamente bruciato i componenti elettronici. Questo strumento può essere ripristinato con un intervento da parte della ditta fornitrice. Costo, come da preventivo allegato, 2.200 Euro. **Prof. C. Urzì**

2) Sistema fotografico del Microscopio a Fluorescenza Leica, deteriorato dopo la lunga giacenza in deposito. Questo strumento può essere ripristinato con la sostituzione degli obiettivi e intervento da parte della ditta fornitrice. Costo da preventivi allegati: 15.966 Euro. **Richiesta da tutto il gruppo di Microbiologia**

3) Autoclave PBI mod. PMM23 s/n 27612 e Incubatore per Batteriologia LAB-Line, corredato di Agitatore orizzontale shaker GFL-3016. Questi strumenti possono essere riparati, come da preventivo allegato, al costo di 1.150 Euro. **Prof.ssa Sciortino**

4) Autoclave FEDEGARI FVG3, proveniente dalla sede Annunziata. **Questo strumento è stato danneggiato durante il trasporto** e potrebbe essere ripristinato con intervento di un tecnico locale. Il preventivo è di 870 Euro. **Prof.ssa Nostro**

5) Termo-ciclatore BioRad, deteriorato dopo la lunga giacenza in deposito. Questo strumento non può essere ripristinato per eccessivo costo dell'intervento su strumento obsoleto. Costo dello strumento nuovo, come da preventivo allegato, 2.500 Euro. **Richiesta da tutto il gruppo di Microbiologia**

6) HPLC Shimadzu mod. L20124370010 LC-20AB PUMP (CELV). Questo strumento può essere riparato, come da preventivo allegato, al costo di 1.445 Euro. **Prof.ssa Ventura**

Direzione Dipartimento di Scienze ChiBioFarAm
V.le F. Stagno d'Alcontres, 31
98166 - Messina

Tel. 090.6765818
e.mail:
direzione.chibiofaram@unime.it
PEC: dipartimento.chibiofaram@pec.unime.it

Codice Fiscale:
80004070837
Partita IVA:
IT00724160833

Università
degli Studi di
Messina
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

7) Stabilizzatore di tensione (UPS) da 10 kva, per lo strumento NMR, deteriorato per lunga giacenza in deposito. Questo strumento non può essere ripristinato. In allegato un preventivo per l'acquisto. Costo 2.350 Euro. **Prof. Parisi.**

8) Stereomicroscopio ottico Zeiss* modello*STEMI SV8, annesso al laboratorio di diffrattometria, non più utilizzabile e non riparabile per danni dovuti a polvere e umidità. Allegato preventivo di acquisto di 3.868 Euro. **Prof. Nicolò**

9) Microcentrifuga da Banco refrigerata, deteriorata dopo la lunga giacenza in deposito. Questo strumento non può essere ripristinato per eccessivo costo dell'intervento su strumento obsoleto. Il costo dello strumento nuovo è di 3.340 Euro. **Richiesta dal gruppo di Microbiologia**

10) Due congelatori a -80°C, in sostituzione di due congelatori danneggiati e non riparabili per eccessivo costo dell'intervento su strumento obsoleto. Manca il preventivo, ma il costo degli strumenti nuovi si aggira intorno a 13.000 Euro *ciascuno*. **Prof. Guglielmino per il gruppo di Microbiologia.**

Considerando i preventivi già in nostro possesso e il costo orientativo per alcuni strumenti da acquistare in sostituzione di quelli non riparabili, si stima che la spesa necessaria per il ripristino di questa strumentazione si aggiri intorno a 60.000 Euro.

Cordiali saluti,

Prof. Sebastiano Campagna
Direttore del Dipartimento Chibiofaram

Direzione Dipartimento di Scienze ChiBioFarAm
V.le F. Stagno d'Alcontres, 31
98166 - Messina

Tel. 090.6765818
e.mail:
direzione.chibiofaram@unime.it
PEC: dipartimento.chibiofaram@pec.unime.it

Codice Fiscale:
80004070837
Partita IVA:
IT00724160833